

ชีวิตติดแฉะ



BY. CSSD


ប័ណ្ណអាណត្តិ សាងសង់



ปัญหาและสาเหตุ

แผลของผู้ป่วยมีหลายขนาด ผู้ป่วยแต่ละรายจะใช้ Gauze ปิดแผลในขนาดและชนิดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ในผู้ป่วยที่มีแผลขนาดใหญ่ หรือมีการซึมของสารคัดหลั่งในปริมาณมาก การใช้ Gamguae Gauze ถือว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องด้วย Gamguae Gauze ในรพ.มีเฉพาะขนาดเล็ก ซึ่งหากแผลมีขนาดใหญ่กว่า จะต้องใช้จำนวนหลายแผ่นต่อกันซึ่งอาจเกิดการรั่วซึมบริเวณรอยต่อ



The background is a stylized illustration of a presentation screen. On the screen, there are two white gauze pads at the top right and a pair of surgical forceps holding a small white object at the top left. The text is centered on the screen. To the left of the screen, there is a blue water dispenser and a white grid-patterned cloth. In the bottom left corner, there is an illustration of a hand with a wound and a tube of ointment. In the bottom right corner, there is an illustration of a person with multiple bandages on their face and body, looking distressed.

ปัญหาและสาเหตุ

หรืออาจเกิดการเลื่อนหลุดและแยกกันระหว่างรอยต่อ ทำให้มีช่องเปิดของแผล ก่อให้แผลมีโอกาสนปนเปื้อนและเกิดการติดเชื้อที่แผลได้ รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น และการนำ Gamgue Gauze หลายๆแผ่นมาต่อกันต้องใช้บุคลากรท่านอื่นมาช่วยในการทำแผล การที่สามารถทำ Gamgue Gauze ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งาน จึงช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และลดการใช้ทรัพยากรได้

๑ เป้าหมาย

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อที่แผลของผู้ป่วย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ให้เหมาะสม
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อช่วยในการลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน



การดำเนินงาน

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการใช้งานของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานจริง
2. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและออกแบบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
3. จัดการวัดขนาดแผล เพื่อประเมินขนาด Gaze ที่จำเป็นต่อการใช้งานของผู้ป่วย
4. จัดหาอุปกรณ์สำหรับการทำ Gamgue Gauze



การดำเนินงาน



วัดขนาดแผล

ติดตามขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน



การดำเนินงาน

5. จัดทำ Gamgue Gauze ให้พร้อมต่อการใช้งาน
6. ส่งให้ทีมผู้ป่วยในและ ER ทดลองใช้งาน
7. ประเมินผลการใช้งาน กับผู้ปฏิบัติงานจริงงาน
8. ปรับปรุงแก้ไขให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
9. นำไปใช้งานจริงกับหน่วยงาน



การดำเนินงาน

ตัด



ห่อ



เตรียมแพค

Size ปกติ


Size พิเศษ




การดำเนินงาน

Size พิเศษ

size ปกติ



แพคพร้อมอบ



อบแล้วใช้ได้จ้า





การวัดผล


และผลของการเปลี่ยนแปลง

จากการใช้งาน Gamgue Gauze พบว่ามีการใช้งานที่สะดวกมากขึ้น และไม่มีช่องเปิดของแผลออกมาด้านนอกเนื่องจาก Gamgue Gauze มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถปิดแผลได้อย่างครอบคลุม ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น



บทเรียนที่ได้รับ

การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างอุปกรณ์ที่เหมาะสม
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดทั้งโอกาสเกิดการติดเชื้อต่อผู้ป่วย
ลดทั้งการใช้ทรัพยากร และสะดวกต่อการใช้งาน



นำเสนอโดย

นางสาวสุนันท์
นางสุพรรณษา

บึงทอง
เฮมเมืองกลาง



THANK YOU CSSD TEAM

